

Lisämäärärahaesitys puhepalvelimen hankintaan

Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.08.2018 § 39

Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja Taina Lahtiola

Birgittakodin ja vuodeosaston Vivago hyvinvointiratkaisuun liitetty Siemens/Unify puhepalvelin on vaurioitunut ukonilmalla käyttö- ja korjauskelvottomaksi. Puhepalvelimen varaosia ei ole enää markkinoilla.

Akuuttiin apuun on saatu Vivagolta toiselle asiakkaalle korvamerkitty varalaite, jota ei voida toimittajasta johtuvista syistä vuokrata pidemmäksi aikaa. Potilasturvallisuuden turvaamiseksi potilaskutsujärjestelmän on toimittava kokonaisuutena moitteettomasti. Rikkoutuneen puhepalvelimen tilalle on hankittava pikaisesti tämän päivän tekniikkaan pohjautuva gsm-pohjainen ratkaisu.

Tämä tarkoittaa puhelinjärjestelmän, tukiasemien sekä huonekojeiden uusimista, jolloin vanhan tekniikan puhepalvelinta ei enää jatkossa tarvita.

Tarvittava lisämääräraha hankinnalle on 50 000 euroa. Rikkoutuneelle laitteelle haetaan vakuutuskorvausta.

PERUSTURVAJOHTAJA:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 50 000 euron lisämäärärahaa sosiaali- ja terveyslautakunnan investointeihin puhepalvelimen hankintaan.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:

Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.