



Kansallinen hankintailmoitus TARJOUSPYyntö 301054

Suoradigitaalinen luu- ja thoraxkuvauslaitteisto

I Kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet

Virallinen nimi	Naantalin kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus	0135457-2
Postitoimipaikka	Naantali
Postinumero	21100
Maa	Suomi
Sähköpostiosoite	hannele.nikander-tuominen@naantali.fi
NUTS-koodi	Varsinais-Suomi FI1C1
Pääasiallinen osoite (URL)	http://www.naantali.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta

<https://tarjouspalvelu.fi/naantali?id=301054&tpk=47ea0761-28dd-40a1-8dc7-3e3533b357d0>

Lisätietoja saa

Edellä mainittu osoite (Kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

Sähköisesti osoitteessa

<https://tarjouspalvelu.fi/naantali?id=301054&tpk=47ea0761-28dd-40a1-8dc7-3e3533b357d0>

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

Alue- tai paikallistason viranomainen

I.5) Pääasiallinen toimiala

Terveystenhuolto

II Kohta: Hankinnan kohde

Hankinnan kohde

II.1 Hankinnan laajuus



II.1.1) Nimi

Suoradigitaalinen luu- ja thoraxkuvauslaitteisto

II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi

Päänimikkeistö

Röntgenkuvauslaitteet (33111600-7)

II.1.3) Sopimuksen tyyppi

Tavarahankinnat

II.1.4) Lyhyt kuvaus

Hankinta koskee Naantalin kaupungin terveyskeskukseen hankittavaa suoradigitaalista luu- ja thoraxkuvauslaitteistoa.

II.1.5) Hankinnan ennakoitu arvo tai hintahaarukka (ilman ALV)

Julkaistaanko ennakoitu arvo tai hintahaarukka?

Ei

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon

Kyllä

II.1.6) Osia koskevat tiedot

Tätä sopimusta ei ole jaettu osiin

II.2.3) Suorituspaikka

NUTS-koodi

Varsinais-Suomi FI1C1

II.2.4) Kuvaus hankinnasta

Laitteistolla suoritettavat tutkimukset:

Terveyskeskuksen polikliiniset lapsi- ja aikuispotilaat sekä vuodeosastojen natiivikuvaukset, thorax, raajat, rangat, vartalon alueen kuvaukset, ortopediset kuvaukset, erikoisprojektiokuvaukset, pikkuluukuvaukset myös pystykuvaustelineellä, buckypöydällä ja potilassängyllä suoritettavat kuvaukset.

Ensiapu- ja liikuntarajoitteiset potilaat, ortopediset potilaat.

Postoperatiiviset kuvaukset.

Raajakuvat, jalkaterä, polvi, nilkka ja reumakuvaukset myös seisten.

Erikoisprojektiokuvaukset mm. lonkan läpiammutut, patellan lateralisaatiokuvaukset, nilkan ja jalkaterän, kyynärpään, olkapään ja polven erikoisprojektiokuvaukset ja rasiuskuvaukset.

Tutkimusmääräarvio / vuosi: 5000 tutkimusta.

Hankinta on oltava mahdollista toteuttaa v. 2020 aikana.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

Hinta

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

01.10.2020 - 31.12.2020

Tätä sopimusta voidaan jatkaa

Ei

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehtoista

Eri vaihtoehdot hyväksytään

Ei

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet

Kyllä

Kuvaus mahdollisuuksista

Kohdassa "hankinnan kohteen kriteerit" on kerrottu optioista.

II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista

Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo

Ei



II.2.14) Lisätiedot

Hankintaa koskeva sopimus päättyy, kun laite on vastaanottotarkastuksessa hyväksytty ja luovutettu tilaajalle.

IV Kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika

28.09.2020 10:00 (UTC+03:00)

IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa

suomi

IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa

Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka

30.04.2021

IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot

Päivämäärä

29.09.2020 10:00

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamisenmenettelystä

Avaamistilaisuus ei ole julkinen. Tarjoukset avataan aikaisintaan yllä mainittuna ajankohtana.

VI Kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot

Kyse on toistuvasta hankinnasta

Ei

VI.4) Muutoksenhakumenettelyt

VI.4.1) Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi	Markkinaoikeus
Postiosoite	Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka	Helsinki
Postinumero	00520



Maa	Suomi
Puhelin	+358 295643300
Sähköpostiosoite	markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi	+358 295643314
Pääasiallinen osoite (URL)	http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

Tarjouspalvelun tiedot

Hankinnan tunnistetiedot

301054

Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä

Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys

Kuinka toimittajan tulee Tarjouspalvelussa ilmoittaa hankinnan kohteen tiedot

Syöttölomakkeella

Lisätietokysymykset

Lisätietokysymykset on lähetettävä 17.09.2020 10:00 mennessä

Lisätiedot

Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Muilla tavoilla esitettyihin kysymyksiin ja tiedusteluihin ei tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi voida vastata.

Tarjoajan on tarkistettava mahdolliset muutokset ja täsmennykset (ml. kysymykset ja vastaukset) tarjouspyyntöasiakirjoihin Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportalista ennen tarjouksen jättämistä. Tarjouspyyntöön mahdollisesti tehtävät muutokset ja tarkennukset saattavat kumota jo lähetetyt ja vielä keskeneräiset tarjoukset toimittajaportalissa, jolloin tarjous tulee tehdä uudelleen.

Tarjouksen tekemistä ja jättämistä koskeissa tietoteknisissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa tulee olla yhteydessä Tarjouspalvelu.fi- tukeen, puh. 020 766 1077 (tuki@cloudia.fi).

Liikesalaisuustiedot

Toimittajat voivat ehdottaa tietoja liikesalaisuuksiksi Tarjouspalvelussa Kelpoisuusvaatimus- ja Hankinnan kohteet -lomakkeilla (hankintayksikkö voi molemmissa tapauksissa edelleen hallita liikesalaisuustietoja vertailutaulukkovaiheessa)

Kyllä

Soveltuvuusvaatimukset

Hankintayksikkö voi käyttää harkintavaltaa hankintalain 81 §:n mukaisesti tarjoajan pois sulkemiseen kilpailutuksesta.

Hankintayksikkö voi sulkea tarjoajan tarjouskilpailun ulkopuolelle mikäli:

- tarjoaja on konkurssissa tai purettavana tai keskeyttänyt liiketoimintansa tai jonka velkoja on vahvistettu saneerausohjelmalla tmv. lainsäädäntöön perustuvalla menettelyllä
- tarjoajan konkurssiin asettaminen tai purkaminen taikka muu edellä mainittu menettely on vireillä
- tarjoaja on ammattitoiminnassaan syylistynyt sen luotettavuuden kyseenalaistavaan vakavaan virheeseen
- tarjoaja on laiminlyönyt velvollisuutensa maksaa Suomen tai sijoittautumismaansa veroja tai sosiaaliturvamaksuja ja siitä on lainvoimainen päätös. Tarjoajaa ei voida poissulkea, mikäli se on sopinut sitovasta järjestelystä niiden maksamista varten.
- tarjoaja on rikkonut Suomen tai Euroopan unionin lainsäädännön, työehtosopimusten taikka kansainvälisten sopimusten ympäristö-, sosiaali- ja työoikeudellisia velvoitteita
- tarjoaja on tehnyt muiden toimittajien kanssa sopimuksia, joilla pyritään vääristämään kilpailua
- tarjoajaa rasittaa eturistiriita hankintamenettelyssä eikä sitä voida tehokkaasti poistaa muilla toimenpiteillä
- tarjoajan osallistuminen hankintamenettelyyn valmisteluun on vääristänyt kilpailua, eikä vääristymää voida poistaa muilla vähemmän rajoittavilla toimenpiteillä
- tarjoajan suorituksissa aikaisemmissa hankintasopimuksissa tai käyttöoikeussopimuksissa on ollut merkittäviä tai toistuvia puutteita jonkin keskeisen vaatimuksen toteuttamisessa
- tarjoaja on syylistynyt olennaisesti väärien tietojen antamiseen ilmoittaessaan hankintayksikölle tässä luvussa tarkoitettuja tietoja tai laiminlyönyt vaadittavien tietojen antamisen
- tarjoaja on pyrkinyt vaikuttamaan epäasianmukaisesti hankintayksikön päätöksentekoon, saamaan luottamuksellisia tietoja, joiden avulla se voi saada perusteetonta etua hankintamenettelyssä tai tarkoituksellisesti antamaan harhaanjohtavia tietoja, jotka voivat vaikuttaa olennaisesti tarjoajan tai tarjouksen valintaa koskeviin päätöksiin.

Tarjoajan on tarjouksellaan ilmoitettava edellä mainituista poissulkuperusteista, mikäli ne rasittavat tarjoajaa tai tarjoajan hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsentä tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävää henkilöä.

Tarjoaja on lähtökohtaisesti merkitty kauppa- tai säätörekisteriin, työnantajarekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin sekä ennakkoperintärekisteriin. Työnantajan on ilmoitauduttava työnantajarekisteriin, kun se aloittaa säännöllisen palkanmaksun ja sen palveluksessa on kalenterivuoden aikana joko vähintään kaksi vakituista palkansaajaa tai vähintään kuusi tilapäistä palkansaajaa. Siltä osin kuin tarjoajaa ei ole merkitty edellä mainittuihin rekistereihin, on hänen selvitettävä ne seikat, joihin rekisteröimättömyys perustuu lukuun ottamatta sosiaali- ja terveysalan erityisiä arvonlisäverorekisterin osalta.

Jättämällä tarjouksen ilman edellä mainittuihin seikkoihin liittyviä selvityksiä, tarjoaja vakuuttaa, että sitä ei rasita mikään hankintalain (1397/2016) 80 §:n tai 81 §:n poissulkuperuste.

Soveltuvuusvaatimukset	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus
Verkkolasku	Kyllä	
Lataa kuvaus ympäristöohjelmasta	Ladattava	
Sopimuksen yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot	Syötettävä	

Hankinnan kohteen kriteerit

**Kokonaishinnan maksimipisteet: 75.00****Hinnan pisteiden laskentakaava:**

pienin annettu arvo	* maksimipisteet
tarjottu arvo	

Suoradigitaalinen luu- ja thoraxkuvauslaitteisto	
Suoradigitaalinen luu- ja thoraxkuvauslaitteisto	
Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan	
	Pisteiden laskentatapa
Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus
Maksimi-pisteet	
Hankittava määrä: 1 kpl	€ / kpl
Tarjotun laitteen tuotemerkki/-nimi ja esite / tarkka tuotekuvaus	Ladattava
Laitteen tulee soveltua kaikenikäisten potilaiden turvalliseen ja sujuvaan natiivikuvantamiseen. Laitteen tulee muodostaa käyttötarkoitukseen soveltuva toiminnallinen kokonaisuus käyttökuntoon saatettuna ja sillä tulee olla mahdollisimman laajat liikealueet. Tarjotun laitteiston tulee sisältää kaikki normaaliin käyttöön tarvittavat ohjelmat ja varusteet, vaikka niitä ei olisi tarjouspyynnössä erikseen mainittukaan.	Kyllä
Tarjottuun laitekokoonpanoon sisältyy röntgenputken ja kattokiskojen kattotelineen kiinnitykseen tarvittavat osat mahdollisine alaslaskuineen ja näihin liittyvät asennustyöt. Lattiassa kuvauspöydän ja pystykuvaustelineen vaatimien tukirakenteiden teko ja sovitus oikeaan korkeuteen kuuluvat laitetoimitukseen.	Kyllä
Tilaajan niin halutessa vanhan röntgenkuvauslaitteiston purkaminen ja hävittäminen kuljetuksineen sisältyy hankittavan laitteiston hintaan.	Kyllä
Vähintään 12kk takuu	Kyllä
Laitteen generaattorin teho vähintään 65 kW, kV-alue vähintään 40-150 kV, mA alue vähintään 10- 800 mA	Kyllä
Valotusautomaattikka: Kammiodien paikat näkyvät pystelineessä	Kyllä
Pystykuvausteline, jossa detektorin kallistusmahdollisuus -20 -90 astetta	Kyllä
Potilaalle turvalliset käsituet thoraxin PA- ja sivukuvauksia varten. (sivukahvat ja "apinapuu")	Kyllä

Moottoroitu buckypöytä uivalla pöytälevyllä	Kyllä
Vähintään 2 detektoria, joista vähintään yksi on irrallinen. Pystytelineessä käytettävä vähintään kokoa 42 cm x 42 cm olevaa detektoria, jonka pikselikoko on enintään 150 µm, DQE-arvo (1 lp/mm) vähintään 50% ja MTF-arvo (1 lp/mm) vähintään 60%.	Kyllä
Buckypöydässä käytettävän irrallisen detektorin koon on oltava 35 cm x 43 cm. Kyseistä detektoria on pystyttävä käyttämään täysin langattomasti ns. irtodetektorina. Enimmäispaino akun kanssa voi olla 5 kg, pikselikoko on enintään 150 µm, DQE-arvo (1 lp/mm) vähintään 50% ja MTF-arvo (1 lp/mm) vähintään 60%.	Kyllä
Kuvausohjelmien vaatimat hilat eri etäisyyksillä (selvitys hilojen ominaisuuksista on liitettävä tarjoukseen)	Ladattava
Röntgenputken seuranta thorax-telineen pystysuunnan ja bucky-telineen vaakasuunnan liikkeelle kipatulla putkella	Kyllä
Automaattinen röntgenputken kallistuksen näyttö, toimittava kaikkiin kuvailmaisimiin (myös kun detektoria käytetään irrallaan esim. kuvaukseen sairaalasängyssä, ilman hilaa ja hilaan kanssa).	Kyllä
Pystykuvausetaisyyden vaihtomahdollisuus vähintään rajoissa 110–200 cm	Kyllä
Moottoroidut putken liikkeet	Kyllä
Kuvausohjelmien mukaiset autopositiot ja kaukosäädin	Kyllä
Automaattinen keskitys ja seuranta myös kallistetulla putkella sekä manuaalinen käyttömahdollisuus	Kyllä
Säädettävä kaihdin (blenda): Oltava automaattinen (kuvausohjelmakohtainen) rajausta ja käsiasäätömahdollisuus. Lisäksi laservalo sädekentän keskityksen tarkastamiseen.	Kyllä
Kuvauskohtainen suodattimen automaattinen vaihto	Kyllä
Kosketusnäyttö ja mahdollisuus vaihtaa kuvausohjelmaa (=projektiota tai tutkimusta) röntgenputkesta	Kyllä
Potilastietojen näyttö kattotelineen/röntgenputken näytössä (nimi ja henkilötunnus)	Kyllä



Kuvausohjelman näyttö kattotelineen/röntgenputken näytössä (tutkimus)	Kyllä
Pyörillä liikuteltava pidin irtodetektorille sivukuvauksia varten, toimittava hilan kanssa ja ilman hilaa.	Kyllä
Irtodetektorin suojakotelo rasisutkuvauksia varten (pistepainoraja vähintään 150 kg)	Kyllä
Irralliselle detektorille vähintään kaksi akkua ja akkujen latausteline	Kyllä
Liikuteltavalle detektorille hila vuodekuvauksia varten.	Kyllä
Mahdollisuus kuvata normaalipainoisten aikuisten keuhkojen kuvaukset ilman hilaa, hilallista kuvausta vastaavalla kuvanlaadulla ja pienemmällä annoksella, virtuaalihilan tai vastaavan menettelyn mahdollistamana.	Kyllä
Hila(t): kuvausetaisyyskatsittava 115-200 cm. Oltava irrotettava(t) pystytelineessä sekä buckypöydässä.	Kyllä
Automaattinen hilan tunnistus	Kyllä
Kuvauspöydässä käytettävän kuvailmaisen tulee latautua kuvauspöydässä ja pystytelineessä. Pöydässä ja pystytelineessä käytettävä kuvailmaisin alkaa latautua, kun kuvailmaisin asetetaan paikoilleen (ei vaadi puihan kiinnittämistä tms. erillisiä toimenpiteitä)	Kyllä
Kliiniseen käyttöön soveltuvat eri painoisten lasten ja aikuisten kuvausprotokollat valmiiksi asennettuina	Kyllä
Kuvien jälkikäsittelymahdollisuus, puolimerkkieto, kuvien kääntäminen ja tekstin lisäys/muokkaus, muutosten tallentuminen CareStream PACS:iin	Kyllä
Yhteydet ja rajapinnat Radu (RIS) ja Carestream PACS	Kyllä
DAP-mittari tai laskennallinen DAP-arvo ja sen yksikkö (esim mGycm2)	Kyllä
Koko tutkimuksen pinta-ala-annos ilmoitetaan	Kyllä
Kuvausparametrien ja annostietojen siirtyminen Dicom tietona kuvaan	Kyllä
Annostieto tallentuu potilaan kuvatietoon ja välittyy PACSiin	Kyllä
Laadunvalvontaohjeistus ja fantomi (selvitys molemmista)	Ladattava
Suomenkielistä laitteen äärellä pidettävää käyttökoulutusta 8pv ensimmäisen 2 vuoden aikana.	Kyllä



Laadunvalvonnasta vastaaville henkilöille suomenkielistä laadunvalvontakoulutusta vähintään 1 päivä takuuaikana	Kyllä
Laitteen ,ääraaikaishuoltojen tulee sisältää vähintään lakisääteiset ja STUKn määräämät mittaukset ja tarkastukset	Kyllä
Suomenkieliset käyttöohjeet ja manuaalit	Kyllä
Kiinteä paperirullateline	Kyllä
OPTIOT	
Erikokoiset irtodetektorit, alv 0%	€ Syötettävä
Dicom monitori	€ Syötettävä
Laadunvalvontavälineistö (alv 0%)	€ Syötettävä
Hilat (tarkempi kuvaus hiloista)	Ladattava
12 kk:n takuun sisällyttävä tarjoushintaan, optiohinta toiselle takuuvuodelle (24 kk)	€ Syötettävä
Laitteen generaattorin teho vähintään 65kW, kV alue vähintään 40-150 kV, mA alue vähintään 10-800 mA	Syötettävä
Vähintään 2 detektoria, joista vähintään yksi on irrallinen detektori. Pystytelineessä käytettävä vähintään kokoa 42 cm x 42 cm olevaa detektoria, jonka pikselikoko on enintään 150 µm, DQE-arvo (1 lp/mm) vähintään 50% ja MTF-arvo (1 lp/mm) vähintään 60%.	Kyllä
Jos kyllä	
Pystytelineessä käytettävä vähintään kokoa 42 cm x 42 cm olevaa detektoria, jonka pikselikoko on enintään 150 µm, DQE-arvo (1 lp/mm) vähintään 50% ja MTF-arvo (1 lp/mm) vähintään 60%.	Syötettävä
Buckypöydässä käytettävän irrallisen detektori koon on oltava 35 cm x 43 cm. Kyseistä detektoria on pystyttävä käyttämään täysin langattomasti ns. irtodetektorina. Enimmäispaino akun kanssa voi olla 5 kg, pikselikoko on enintään 150 µm, DQE-arvo (1 lp/mm) vähintään 50% ja MTF-arvo (1 lp/mm) vähintään 60%.	Kyllä
Jos kyllä	
Buckypöydässä käytettävän irrallisen detektorin koko	Syötettävä



Irrallisen detektorin käyttö mahdollista langattomasti	Kyllä			
Kuvausohjelman näyttö kattotelineen/röntgenputken näytössä (tutkimus)	Kyllä			
Röntgengeneraattorin ja -putken ominaisuudet		2.00		Manuaalinen
Detektorien tekniset ominaisuudet ja käytettävyys.		4.00		Manuaalinen
Kattotelineen ja röntgenputken käytettävyys.		3.00		Manuaalinen
Pystytelineen tekniset ominaisuudet ja käytettävyys.		2.00		Manuaalinen
Buckypöydän tekniset ominaisuudet ja käytettävyys.		3.00		Manuaalinen
Laitteiston hygienian ja puhdistettavuus. Tarjouksen yhteydessä toimitettava puhdistusohjeet.		2.00		Manuaalinen
Hilaratkaisut		2.00		Manuaalinen
Ohjaustietokoneen näytön/näyttöjen ominaisuudet		2.00		Manuaalinen
Kuvausohjelmiston ominaisuudet		5.00		Manuaalinen
Laitteen huolto ja ylläpito				
Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan				
		Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet
Ylläpitosopimuksen vuosihinta (alv 0%) takuuajan jälkeen. Huollon kanssa on pystyttävä asioimaan suomenkielellä. Tarjotun ylläpitosopimuksen tulee sisältää ainakin seuraavat kohdat: kaikki varaosat (myös röntgen-putki ja vikaantuneiden detektoreiden vaihdot), määräaikaishuollot, turvallisuustarkastukset, päivitykset (laitteisto, sekä ohjelmisto), etähuolto ja etätuki, vikakorjaukset, huoltohenkilön matka- ja majoituskustannukset, päivärahat sekä muut sivukulut ja muut mahdolliset lakisääteiset toimenpiteet	Ladattava			
Määräaikaishuoltosopimuksen vuosihinta (alv 0%) takuuajan jälkeen. Huollon kanssa on pystyttävä asioimaan suomenkielellä. Tarjotun huoltosopimuksen tulee sisältää ainakin seuraavat kohdat: määräaikaishuollot, turvallisuustarkastukset, päivitykset (laitteisto, sekä ohjelmisto), etähuolto ja etätuki, huoltohenkilön matka- ja majoituskustannukset, päivärahat sekä muut sivukulut, muut mahdolliset lakisääteiset toimenpiteet	Ladattava			



Etätuen vasteaika	Syötettävä
Tarjotun laitteen vikaantuessa takuuaikana, mikä on vasteaika huoltomiehen saapumiselle paikalle?	Syötettävä
Röntgenputken vaihtohinta	Syötettävä
Detektorien vaihtohinnat	Syötettävä

Muut tiedot

Hinta ja kaupalliset ehdot

Laite tulee olla käyttökuntoon asennettuna, testattuna ja vastaanotettuna v. 2020 aikana. Hintaan sisältyvät kaikki rahat, toimitus- ja lähetys ym. kulut sekä pientoimituslisät ja mahdolliset vakuutukset.

Mikäli hankinnan toteuttaminen viivästyy toimittajasta johtuvasta syystä ja siitä aiheutuu tilaajalle lisäkustannuksia, toimittaja on velvollinen korvaamaan syntyneet kustannukset täysimääräisesti tilaajille.

Sopimusmenettely

Sopimukseen sovelletaan JYSE 2014 Tavarat ehtojen sitä versiota, joka on julkaistu tarjouspyynnön julkaisupäivänä.

Mikäli hankintasopimusta ei allekirjoiteta valitun toimittajan kanssa toimittajasta johtuvasta syystä, toimittaja on velvollinen korvaamaan hankinnan valmistelusta aiheutuneena häittana 2000 euroa tilaajalle.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopimusosapuolten välisissä neuvotteluissa.

Mikäli neuvotteluissa ei päästä yhteisymmärrykseen, erimielisyydet ratkaistaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

Muut asiat

Tarjous tulee laatia suomen kielellä. Myös mahdolliset lisäselvitykset, neuvottelut yms. käydään suomen kielellä.

Naantalin kaupunki ei korvaa toimittajalle tarjouksen tekemisestä johtuvia kustannuksia.

Liitteet ja linkit

Liitetiedostot

260820_Naantali laitehankinnan pisteytys.xlsx